n.° 19. Monsieur enjourbeau Maitre en chirurgie
a avranches vient de soumettre au jugement
de Lacademie le Modele dun ambi dhipocratte
quil croit avoir perfectioné et rendu propre a redu
ire les differentes especes de luxations de la teste
de lhumerus les additions quil a faittes sont 1° davoir
placé la Branche Mobile sur un pivot qui lui
permet de tourner en tout sens pour servir commo
dement aux differentes espèces de luxations. 2°
davoir adapté a lextremite superieur de la Branche
Mobile une languette de fer propre a sengager
profondement sous laïsselle et a faire un point
dapuis plus directe sur la teste de los dans la
Manoeuvre de la Machine ainsy quun treuil a
son extremité inferieur, pour faire les extentions
graduee 3° davoir placé a la partie superieur de
larbre de lambi une placque Concave garnie dun
coussin fixe sur un morceau de bois de deux pouces
et demy depaisseur surmonté dune courois propre
a fixer lomoplatte et ce pour operer la contre
extention dans loperation de la Machine
quand on nauroit pas a dire a Monsieur enjourbeau
que la raison et lexperience, ont depuis plusieurs
année Bannie de la pratique lusage des Machines
pour la reduction des differentes luxations de lhu
merus quil est sortie du sein de lacademie une

ACADEMIE ROYALE CHIRURGIE

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC12 d.19 n° 2

demonstration de leurs dangers et de leurs inefficacite
dans la pratique il ne seroit pas difficile de faire voir
a lauthreur des additions cy dessus decrittes quels ne chan
gent rien aux dangers qui ont fait abandoner lambi
le refoulement de la teste de los avant les extentions suffis
antes le renversement du rebord cartilagineux de la cavite
glenoide la conpression de la capsule articulaire ainsi
que le tiraillement forcé des muscles et des vesseaux
seront toujour des accidents inseparables de lusage de lam
bi mesme corrige la languette de fer adapté pour etendre la bra
nche Mobile jusque sous la teste de los peut donner lieu
a tous ces accidents Mesme a deplus graves la conpression
operé dans la contre extention sur les muscles grands
dorsal et pectoral par le rebord superieur de la placque
adapte a larbre de lambi ne pourait encore que rendre
plus dificile le changement de position de la teste de los
dou je conclud que lacademie ne peut donner son appro
bation a lambi perfectioné par Mr enjourbeau quelle
peut lengager a profiter des reflexions de Messieurs louis
et fabre sur cette Matiere en lassurant qu'une seule reussitte
sans accidents avec sa Machine ne peut en contrarier
les dangers demonstre /.

le Mesme auttreur a deplus imaginé un Bandage
unissant pour le Bec de lievre il est composé de deux
courois de cuir de deux plottes de deux pitons de fer cram
poné sur des placques de fer blanc lapplication en est aisée
Mr enjourbeau pense quil remplie touttes les conditions
necessaires pour favoriser le succes de loperation je crois

au contraire quil peut confondre les parties les plottes
Etant tres dures quil est Susceptible de Mobilite et quil
Ne peut atous Egards Lamporter sur un Bandage unissant
Bien fait dont La Souplesse Se concilie tres Bien avec la
Solidite Necessaire, Lautheur auroit pu voir que si Mr.
Louis avoit abandonné ses premieres idee sur les Bandages
Mechaniques cetoit parcequils Etoient sujets aux inconveni
ents dont le sien Nest pas exempt dou je conclud que
Lacademie Ne peut Egalement accueillir son Bandage
pour le Bec de lievre./.

Coste 1er

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE